



FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA
FUNSAU-NA
HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA
Rua Eulênir de Oliveira Lima, 71 - Bairro Durval Andrade Filho
Fone/Fax: (67) 3441-5050 - Nova Andradina-MS



Sistema
Único de
Saúde

Ministério da Saúde

PREGÃO PRESENCIAL – RECURSO

FUNSAU

PROCESSO N° 182/2018

PREGÃO N. 055/2018

REQUERENTE: PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI

A. FATOS

Trata-se de impugnação do processo, onde a PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI onde a solicita a retificação do instrumento editalício pois o processo está eivado de caráter discriminatório para com os participantes.

É o resumo dos fatos.

B. DA TEMPESTIVIDADE

A impugnação foi realizado em 30.10.18, sendo então tempestivo, conforme determina o DECRETO Nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, vejamos:

Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.


§ 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

§ 2º Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

7



FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA
FUNSAU-NA
HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA
Rua Eulênir de Oliveira Lima, 71 - Bairro Durval Andrade Filho
Fone/Fax: (67) 3441-5050 - Nova Andradina-MS



C. NO MÉRITO

Conta no recurso que a reunião de características dos itens 11 e 12 não possibilitam a participação de nenhuma empresa fabricante

Alega que tais exigências afetam a competitividade no certame, ferindo a princípio da isonomia e as solicitações exigidas afunila o descritivo não possibilitando que as marcas do mercado atual participem.

Cabe ressaltar que as especificações dos itens foram criteriosamente analisadas pela direção do hospital, buscando em suas características os melhores equipamentos para atender um setor tão importante como a UTI.

Em contato com o setor de licitação do Hospital mais de 08 (oito) empresas manifestaram interesse em participar do pregão (apuração feita pelas ligações recebidas pedindo informações gerais) e nenhuma delas questionaram verbalmente ou apresentaram impugnação em face dos itens questionados.

Vislumbro nos fundamentos do recurso, que o equipamento exigido é de alto nível, ou seja, um produto de ótima qualidade, não sendo assim motivo para deferimento da impugnação.

Caso o recurso demonstra-se que as características eram direcionadas para determinada "marca", certamente o recurso seria acatado!!


Assim, não verificamos fundamento para interrupção do certame, já não se pode falar em qualquer direcionamento ou vício do ato.

Ante o exposto, não consideramos que os questionamentos apresentados em face dos itens 11 e 12 possuem o condão de comprovar o desrespeito ao princípio da competição.

7



FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA
FUNSAU-NA
HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA
Rua Eulênir de Oliveira Lima, 71 - Bairro Durval Andrade Filho
Fone/Fax: (67) 3441-5050 - Nova Andradina-MS



Sistema
Único de
Saúde
Ministério da Saúde

O Tribunal de Contas de MG posicionou, inclusive, no sentido de considerar lícitas cláusulas restritivas quando destinadas a selecionar a proposta mais vantajosa:

Denúncia. Licitude de cláusulas restritivas. [...] inciso I, do § 1º, do art. 3º da Lei n. 8.666/93 [...] [é] analisado por Marçal Justen Filho, como a seguir: 'O disposto não significa, porém, vedação a cláusulas restritivas da participação. Não impede a previsão 1 VARELLA, Carlos Alberto Alves. Características dimensionais dos motores de combustão interna. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, IT — Departamento de Engenharia. Acesso: em 08/04/2010, no endereço eletrônico: <http://www.ufrj.br/institutos/it/deng/varella/Downloads/IT154_motores_e_tratores/motores/Aulas/caracteristicas_dimensionais.pdf>. revista do tribunal de contas DO ESTADO de minas gerais outubro | novembro | dezembro 2010 | v. 77 — n. 4 — ano XXVIII 254 de exigências rigorosas nem impossibilita exigências que apenas possam ser cumpridas por específicas pessoas. Vedam-se cláusulas desnecessárias ou inadequadas, cuja previsão seja orientada não para selecionar a proposta mais vantajosa, mas a beneficiar alguns particulares. Se a restrição for necessária para tender ao interesse coletivo, nenhuma irregularidade existirá em sua previsão. Terão de ser analisados conjuntamente a cláusula restritiva e o objeto da licitação. A vedação não reside na restrição em si mesma, mas na incompatibilidade dessa restrição com o objeto da licitação. Aliás, essa interpretação é ratificada pelo previsto no art. 37, inciso XXI, da CF. A incompatibilidade poderá derivar de a restrição ser excessiva ou desproporcional às necessidades da Administração. O ato convocatório tem de estabelecer as regras necessárias para seleção da proposta vantajosa. Se essas exigências serão ou não rigorosas, isso dependerá do tipo de prestação que o particular deverá assumir. Respeitadas as exigências necessárias para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, serão inválidas todas as cláusulas que, ainda que indiretamente, prejudiquem o caráter competitivo da licitação.' (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários a Lei de Licitações e contratos administrativos, 11. ed. Dialética, p. 61 e 62) (destacou-se). (Denúncia n. 747.505. Relatora Conselheira Adriene Andrade. Sessão do dia 05/08/2008).

C.2. DAS CARACTERÍSTICAS DOS ITENS IMPUGNADOS

Conforme fundamentação, trataremos de responder cada questionamento técnico, vejamos:

- Resolução mínima de tela de 1280x800

Tal característica é disponibilizado por mais de um fabricante, inclusive em modelos do próprio impugnante. Sua importância se encontra principalmente ao rever alarmes de arritmia, pois fornece ao responsável, ondas de ECG mais detalhadas, que permitem uma tomada de decisão mais rápida, seja solicitando eletrocardiograma diagnóstico ou descartando sua necessidade, resultando em maior chance de sucesso no tratamento ou diminuição de custos com exames desnecessários. Portanto, essa exigência permanece inalterada.

7

- Armazenamento de no mínimo 200 eventos

Essa característica permite que o responsável, ainda que se ausente por alguns dias, finais de semana por exemplo, seja capaz de analisar o histórico do paciente durante esse período sem ser prejudicado por alarmes técnicos que são rotineiros durante procedimentos que necessitem trocar eletrodos ou alterar o posicionamento de sensores ou falsos alarmes fisiológicos, que acabam ocupando espaço na memória do equipamento. Além disso, existem muitos fabricantes que oferecem capacidade de armazenamento igual ou muito superior, incluindo o próprio impugnante, que apresenta tal característica como um grande benefício e diferencial de seu produto.

- Bateria interna com autonomia de pelo menos 360 minutos

Tal característica é fundamental, pois equipamentos com grande autonomia de bateria fornecem maior segurança, tanto em casos de falta de energia quanto em situações de transporte intra ou extra hospitalar.

- Faixa de medição de IBP -25 a 320 mmHg

Após nova consulta, foi constatado que grande parte dos equipamentos são capazes de monitorar pressão invasiva até 350 mmHg na verdade, em alguns casos chegando a 400 mmHg, mas por conta de considerar desnecessária uma faixa tão extensa, foi solicitado até 320 mmHg. Portanto, essa exigência permanece inalterada.

- Comunicação com diversos equipamentos como ventiladores e monitores hemodinâmicos

Tal motivação é considerada improcedente, visto que, além de diversos fabricantes, a própria impugnante, mais uma vez, possui equipamentos capazes de atender tal solicitação.

7



FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA
FUNSAU-NA
HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA
Rua Eulênir de Oliveira Lima, 71 - Bairro Durval Andrade Filho
Fone/Fax: (67) 3441-5050 - Nova Andradina-MS



Sistema
Único de
Saúde
Ministério da Saúde

PRO 12, PRO 12 Plus, PRO 15 e PRO 15 Plus

O uso dos monitores é indicado para ser utilizado por profissionais da saúde sob a direção de um médico.

Os monitores PRO 12/15 e PRO 12/15 PLUS são compatíveis com o protocolo de comunicação HL7 e permitem a comunicação diretamente, ou através da Central de Monitorização Prolife, com o Sistema de Informação Hospitalar (HIS) ou Sistema de Informação Clínica (CIS). Também é possível conectar o monitor a um computador, impressora externa ou a outros dispositivos médicos compatíveis, como ventilador pulmonar, bomba de infusão, máquina de anestesia, etc. Para mais informações, contatar a ProLife.

Considerando que as exigências são legítimas para a obtenção dos produtos com a mínima cautela necessária e atendendo aos requisitos do edital, não pode ser considerado como entrave ao exercício da competição.

D. CONCLUSÃO

Ante o exposto, esperamos ter esclarecido os pontos abordados pela requerente/impugnante, concluindo pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de impugnação do edital.

Intime-se a requerente PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI e prossiga com o pregão normalmente.

Nova Andradina, 30 de outubro de 2018.

MARCOS ROGÉRIO FERNANDES

OAB 9.323 MS

DIRETOR JURÍDICO DA FUNSAU-NA

DECISÃO AO EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 182/2018

REFERÊNCIA: PREGÃO 55/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Locação de Equipamentos para atender a U.T.I do Hospital Regional de Nova Andradina – HRNA.

Trata-se de impugnação do processo, onde a empresa PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI, solicita a retificação do instrumento editalício pois o processo está eivado de caráter discriminatório para com os participantes.

I. DA TEPESTIVIDADE:

A impugnação foi realizado em 30.10.2018, sendo estão tempestivo, conforme determina o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, vejamos:

Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

§ 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

§ 2º Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

II. DO MÉRITO

Conta no recurso que a reunião de características dos itens 11 e 12 não possibilitam a participação de nenhuma empresa fabricante.

Conforme Parecer Jurídico, as especificações foram criteriosamente analisadas pela Direção do Hospital, buscando em suas características os melhores equipamentos para atender um setor tão importante como a UTI.



Vislumbrando nos fundamentos do recurso, que o equipamento exigido é de alto nível, ou seja, um produto de ótima qualidade, não sendo assim motivo para deferimento da impugnação.

Tal motivação é considerada improcedente, visto que, além de diversos fabricantes, a própria impugnante, mais uma vez, possui equipamentos capazes de atender tal solicitação.

III. CONCLUSÃO:

Dado os fatos acima e juntamente com o Parecer Jurídico negando provimento ao pedido de impugnação, decide este pregoeiro, por não conhecer a peça impugnatória, mantendo-se a data e horário da realização da abertura do certame.

Nova Andradina/MS, 31 de outubro de 2018.



Luiz Eduardo de Paula Gonçalves

Pregoeiro

in:sent

Hospital Regional

E-mail

Contactos

Agenda

Tarefas

Porta-ficheiros

Preferências

Parecer jurídico

Fechar

Responder

Responder a todos

Encaminhar

Ficheiro

Apagar

Spam

Ações

Parecer jurídico PP 55/2018

De: Hospital Regional

Para: gcastro

PARECER JURIDICO PP 55-2018.pdf (234,4 KB) [Download](#) | [Porta-ficheiros](#) | [Remover](#)

Boa Tarde,

segue em anexo, Parecer Jurídico em relação ao pedido de impugnação da empresa.

Att..

--

Setor de Licitação e Contratos

HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA - FUNSAU - NA

Av. Eulenir de Oliveira Lima, 71 - Bairro Durval Andrade Filho

Nova Andradina/MS

Fone/Fax: (67) 3441-5050 | licitacao@funsau-na.ms.gov.br[Responder](#) - [Responder a todos](#) - [Encaminhar](#) - [Mais ações](#)