

Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 061/2018 : MARCAPASSO TEMPORARIO TRANSCUTANEO E CUFFOMETRO

Itens	Discriminação dos produtos		Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	GERADOR MARCAPASSO TEMPORÁRIO TRANSCUTÂNEO CARDÍACO PARA PROCEDIMENTO INVASIVO E NÃO INVASIVO. NÃO INVASIVO: pares de eletrodos descartáveis aderida a pele antero-posterior ou antero-latereal; ELETRODO BIPOLAR PARA MARCAPASSO INVASIVO TEMPORARIO: padrão com ângulo de 60º (bend), corpo do cateter de 5 FR, espaçamento do eletrodo de 2,5 cm, dois polos na extremidade distal e com aproximadamente 110 cm de comprimento. Acompanhado de conjunto introdutor com agulha de punção com bainha tipo peel- away. Embalagem individual que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método de esterilização, prazo ou validade da esterilização e número de registro no Ministério da Saúde.		UNI	1,00	12.215,00	12.215,00

Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	<p>CUFFOMETRO- PARA INSUFLAÇÃO E CONTROLE DA PRESSÃO DE TUBOS OROTRAQUEAIS COM GRANDE VOLUME, E CUFFS DE BAIXA PRESSÃO. ESCALA COM 2 ZONAS: PARA TUBO LARÍNGEO E TUBO ENDOTRAQUEAL. KIT COM TUBO DE CONEXÃO DE 100 CM.</p> <p>DESCRIÇÃO DO PRODUTO:</p> <p>CUFÔMETRO - MEDIDOR DE CUFF ANALOLÓGICO UNIVERSAL.</p> <p>O MEDIDOR DE PRESSÃO DE CUFF OFERECE UM MÉTODO SIMPLES, SEGURO E RÁPIDO PARA A MEDIÇÃO E COTROLE DA PRESSÃO DE TUBOS OROTRAQUEAIS COM GRANDE VOLUME, E CUFFS DE BAIXA PRESSÃO.</p> <p>ESCALAS COM 2 ZONAS:</p> <p>PARA TUBO LARÍNGEO E TUBO ENDOTRAQUEAL KIT COMPLETO COM TUBO DE CONEXÃO DE 100 CM.</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -AJUSTE DA PRESSÃO DO CUFF PODE SER REALIZADA ROTINEIRAMNETE EM SEGUNDOS SEM COMPROMETE A TERAPIA DO PACIENTE; - POSSUI MONITOR INTEGRADO DE PRESSÃO INDICANDO A FAIXA DA PRESSÃO DO CUFF; - BOMBA DE CALIBRAÇÃO COM BOTÃO DE ALIVIO DE PRESSÃO; - MANÔMETRO ANALÓGICO E INFLADOR PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO DO CUFF DO TUBO ENDOTRAQUEAL COM VARIAÇÃO DE ESCALA DE 0 A 120 CMH2O COM INDICAÇÃO DE CÓDIGOS DE CORES PARA PRESSÃO IDEAL E BULBO INFLADOR PARA AJSUTE DA PRESSÃO ADEQUADA COM BOTÃO DE ALÍVIO DA PRESSÃO; -FAIXAS VERDES NA ESCALA MARCAM AS FAIXAS IDEAL TANTO PARA TUBOS TRACHEAIS OU TUBOS DE LARINGE; - VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO PARA CASOS COM AUMENTO DE PRESSÃO DEVIDO À DIFUSÃO DE GASES ANESTÉSICOS PODE SER AJUSTADOS COM A VÁLVULA DE LIBERAÇÃO VERMELHO. - CONEXÃO LUER, É UMA CONEXÃO COM TUBO TRACHEAL PERMITINDO MEDIÇÃO DE PRESSÃO E REGULAÇÃO; -VÁLVULA DE VÁCUO PARA CONEXÃO COM TUBO TRACHEAL, PERMITINDO UMA DEFLAÇÃO COMPLETA DO MANGUITO APERTANDO. 	UNI	1,00	2.395,82	2.395,82

Total da Coleta: 14.610,82

Valor Total estimado da aquisição: 14.610,82 (quatorze mil seiscentos e dez reais e oitenta e dois centavos).

Justificativa : AQUISIÇÃO DOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 061/2018 : MARCAPASSO TEMPORARIO TRANSCUTANEO E CUFFOMETRO

Prazo de entrega: 05 DIAS

Condições de Pagamento: À PRAZO

Local de entrega: HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA

Unidade Fiscalizadora: HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA

Nova Andradina(MS), 4 de Dezembro de 2018