

<div>ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL</div> <div>FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA</div> <div>CNPJ: 12.600.146/0001-57</div> <div>AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71</div> <div>C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS</div>		<div>PREGÃO PRESENCIAL</div> <div>Nr.: 14/2019 - PR</div> <div>Processo Administrativo: 65/2019</div> <div>Data do Processo Adm.: 18/03/2019</div> <div>Processo Licitatório: 65/2019</div> <div>Data do Processo: 18/03/2019</div>
		Folha: 1/2

(As propostas serão abertas para julgamento às 08:00 horas do dia 29/03/2019).

Fornecedor:	E-mail:	
Endereço:	Contato:	
Cidade:	Estado:	Telefone:
CNPJ / CPF:	Inscrição Estadual:	Fax:
Validade da Proposta:	Prazo Entrega/Exec.:	Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	15017125	MES	10 (DEZ) BOMBAS DE INFUSÃO PERISTÁLTICA LINEAR - BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA LINEAR, PARA USO DE EQUIPO UNIVERSAL, PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES POR VIA ENTERAL OU PARENTERAL, COM CONTROLE ELETRÔNICO PROGRAMÁVEL. POSSUIR DESVIO MÁXIMO DA VAZÃO COM EQUIPO PADRÃO DE ± 5% DA VAZÃO PROGRAMADA. POSSUIR TRÊS TIPOS DE PROGRAMAÇÃO DE INFUSÃO: ML/H X VOLUME LIMITE, TEMPO X VOLUME LIMITE E PESO X CONCENTRAÇÃO X DOSE (COM OPÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DO BOLUS POR VOLUME OU POR DOSE). POSSUIR VAZÃO DE 0,1 A 1200,0 ML/H PROGRAMÁVEL A INTERVALOS DE 0,1 ML/H E CONTROLE DE VOLUME A INFUNDIR DE 0,1 A 9999,9 ML. PESO CORPÓREO MÁXIMO 500,0 KG. LIMITE DE CONCENTRAÇÃO DE DROGA: 0,01 A 999,99 MG/ML OU 0,01 A 999,99 µG/ML. LIMITE DE DOSE DE MANUTENÇÃO: 0,01 A 999,99 MG/KG/MIN OU 0,01 A 999,99 µG/KG/MIN. TAXA DE KVO AJUSTÁVEL DE 0,1 A 5,0 ML/H. VAZÃO DE BOLUS AJUSTÁVEL DE 0,2 A 1200,0 ML/H E VOLUME DO BOLUS AJUSTÁVEL DE 1,0 A 20,0 ML. POSSUIR AS SEGUINTE FUNÇÕES: TITULAÇÃO, BALANÇO HÍDRICO, ZERAR VOLUME, AJUSTE DE KVO, AJUSTE DE BOLUS, AJUSTE DE OCLUSÃO, AJUSTE DO VOLUME DO ALARME, AJUSTE DE CONTRASTE DO DISPLAY, AJUSTE DO BACKLIGHT (LUMINOSIDADE), AJUSTE DE SENSIBILIDADE DO SENSOR DE AR NA LINHA (COM A OPÇÃO DE DESABILITAR O ALARME PARA INFUSÕES ENTERAIS), BLOQUEIO DE TECLADO, BIBLIOTECA DE DROGAS), MODO TRANSPORTE (DESABILITA O SENSOR DE GOTAS), E MEMÓRIA DA ÚLTIMA INFUSÃO. DISPLAY COM APRESENTAÇÃO CONSTANTE DA VAZÃO, VOLUME INFUNDIDO, TEMPO RESTANTE DA INFUSÃO, INDICADOR DE HORA, INDICADOR GRÁFICO DE CARGA DA BATERIA, INDICADOR GRÁFICO DE GOTEJAMENTO REAL, INDICADOR GRÁFICO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (EXTERNO OU BATERIA) E INDICADOR GRÁFICO DE BLOQUEIO DE TECLADO. POSSUIR TECLA PARA VISUALIZAÇÃO, DURANTE A INFUSÃO, DE TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE A PROGRAMAÇÃO REALIZADA, VOLUME TOTAL INFUNDIDO E VOLUME PARCIAL INFUNDIDO EM TODOS OS MODOS DE PROGRAMAÇÃO. POSSUIR DETECTOR DE AR NA LINHA ULTRASSÔNICO E SENSOR DE PRESSÃO REGULÁVEL DE 20 A 120 KPA. PRÉ-ALARMES: FIM DA BATERIA, FIM DA DOSE INICIAL E FIM DA INFUSÃO. ALARMES VISUAIS E	12,000			
<div>Local e Data: / /</div> <div>Carimbo e Assitura do Fornecedor</div>							

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA		PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 14/2019 - PR	
CNPJ: 12.600.146/0001-57 AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71 C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS		Processo Administrativo: 65/2019 Data do Processo Adm.: 18/03/2019 Processo Licitatório: 65/2019 Data do Processo: 18/03/2019	
		Folha: 2/2	

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			SONOROS: ALARME DE ESPERA, VAZÃO LIVRE, FUNCIONAMENTO EM KVO, INFUSÃO INTERROMPIDA, OCLUSÃO, AR NA LINHA, PORTA ABERTA, FRASCO VAZIO, INFUSÃO COMPLETA, BATERIA BAIXA, BATERIA CRÍTICA, TROCA DE TRECHO DE DESCARTÁVEL E ERRO DE PROGRAMAÇÃO. A BOMBA DEVERÁ POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA VIDA COM AUTONOMIA DE ATÉ 5 HORAS, CABO DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DO USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVE SER DE PEQUENO PORTE, LEVE E TECLADO DE SILICONE DE FÁCIL MANUSEIO. DEVE POSSUIR UMA SAÍDA AUXILIAR PARA CONEXÃO ELÉTRICA QUE PERMITE A INTERCONEXÃO DE ATÉ 5 BOMBAS DE INFUSÃO. OPERAR EM 110 A 230 V~ E FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE 50/60 HZ. PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS: EQUIPAMENTO DE CLASSE II, IPX1 É PARTE APLICADA DE TIPO CF. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO 2,0 KG. (15-01-7125)				

Local e Data: Carimbo e Assitura do Fornecedor
---------------------	---