

Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Aq. de Filtro Endotraqueal

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	FILTRO TUBO ENDOTRAQUEAL - INDICADO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE PACIENTES SUBMETIDOS A VENTILAÇÃO MECÂNICA, O FILTRO HME ESTÉRIL - 25FHMET-E PROPORCIONA TROCAS DE CALOR E UMIDADE ADEQUADAS AO PACIENTE. O FILTRO UMIDIFICADOR HIDROSCÓPIO COM HME É COMPOSTO POR CÁPSULAS DE PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE CONTENDO NO INTERIOR UM DISCO HME DE ESPUMA EM POLIURETANO COM IMPREGNAÇÃO DO CLORETO DE CÁLCIO, CUJA CARACTERÍSTICA HIDROSCÓPICA RETÉM A UMIDADE DO AR EXPIRADO PELO PACIENTE, PROPORCIONANDO ASSIM, UMA UMIDIFICAÇÃO ADEQUADA AO PROCESSO DE VENTILAÇÃO. O FILTRO BI-DIRECIONAL HIDROFÓBICO DE ALTA QUALIDADE ADEQUADA AO PROCESSO DE VENTILAÇÃO. O FILTRO BI-DIRECIONAL HIDROFÓBICO DE ALTA CAPACIDADE COMO BARREIRA PARA BACTÉRIA/VÍRUS, COMPOSTO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONFERE UMA FILTRAÇÃO ELETROSTÁTICA E RETÉM EM SUA ESTRUTURA PARTÍCULAS ACIMA DE 0,3 MICRONS DE DIÂMETRO. ENTRADA PARA CAPNOGRAFIA TIPO LUER-LOCK. TAMPA PARA PROTEÇÃO E DESCARTE. LIVRE DE LÁTEX. PRODUTO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, DESCATÁVEL E EMBALAGEM INDIVIDUAL. COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	5.000,00	11,00	55.000,00
Total da Coleta:					55.000,00

Valor Total estimado da aquisição: 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Justificativa : Aq. de Filtro Endotraqueal

Prazo de entrega: 5 DIAS

Condições de Pagamento: A Prazo

Local de entrega: HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA

Unidade Fiscalizadora: HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA

Nova Andradina(MS), 17 de Junho de 2019