

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2020 - PR

Processo Administrativo: 63/2020
Data do Processo Adm.: 04/05/2020
Processo Licitatório: 63/2020
Data do Processo: 04/05/2020

ANEXO III

Folha: 1/2

(As propostas serão abertas para julgamento às 15:00 horas do dia 18/05/2020).

Fornecedor:	E-mail:
Endereço:	Contato:
Cidade:	Estado:
CNPJ / CPF:	Inscrição Estadual:
Validade da Proposta:	Prazo Entrega/Exec.:
		Telefone:
		Fax:
		Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	------------	-----------------	----------------	-------------

1	47200001	MES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE COLETA DA AGUA DO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA, DE ACORDO COM A PORTARIA 2914/11 E RDC 11/2014- OS SERVIÇOS SERAM: - COLETA DA AGUA EM 07 (SETE) PONTOS MENSAIS A SEREM INDICADOS PELO SERVIÇO, NOS SEGUINTE LOCAIS: - 1ª Torneira após o hidrômetro de amostra de água potável com os seguintes parâmetros: FÍSICO-QUÍMICOS: pH, cor, turbidez e cloro residual. Microbiológico: coliformes fecais, coliformes totais e bactérias heterotróficas; - Cozinha de amostra de agua POTÁVEL, com os seguintes parâmetros: FÍSICO-QUÍMICOS: pH, cor, turbidez e cloro residual. Microbiológico: coliformes fecais, coliformes totais e bactérias heterotróficas; - CME de amostra de água POTÁVEL, com os seguintes parâmetros: FÍSICO-QUÍMICOS: pH, cor, turbidez e cloro residual. Microbiológico: coliformes fecais, coliformes totais e bactérias heterotróficas; - 4 pontos de Hemodiálise: 1 - Coleta de UM PONTO de amostra de água POTÁVEL com os seguintes parâmetros: FÍSICO-QUÍMICOS: pH, cor, turbidez e cloro residual. Microbiológico: coliformes fecais, coliformes totais e bactérias heterotróficas; 2- Coleta de UM PONTO de amostra de agua OSMOLARIZADA (pós-osmose) com os seguintes parâmetros: FÍSICO-QUÍMICOS: completo conforme quadro II da RDC 11/2014. Microbiológico: coliformes fecais, coliformes totais e bactérias heterotróficas e endotoxinas; 3- Coleta de DOIS PONTOS de amostra de DIALISATO (máquina de hemodiálise) com os seguintes parâmetros: Microbiológico: bactérias heterotróficas. Com os registros dos locais coletados, valores de referências segundo portaria 2914/11, horários, referência utilizada, metodologia, resultado e conclusão final. E ANALISE DE 03 (TRÊS) PONTOS SEMESTRAIS COM OS SEGUINTE PARÂMETROS ANALISADOS: Acidez, Alumínio, Antimônio, Arsênico, Bário, Berílio, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cloro, Cobre, Cromo, Fluoreto, Magnésio, Mercúrio, Nitrato (N), Potássio, Prata, Selênio, Sódio, Sulfato, Tálcio e Zinco, com referências de valores	12,000	_____	_____	_____
---	----------	-----	---	--------	-------	-------	-------

Local e Data:/...../.....

.....
Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA CNPJ: 12.600.146/0001-57 AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71 C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 24/2020 - PR Processo Administrativo: 63/2020 Data do Processo Adm.: 04/05/2020 Processo Licitatório: 63/2020 Data do Processo: 04/05/2020
<u>ANEXO III</u>	
Folha: 2/2	

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
máximos permitidos segundo RDC 11/2014. (47-20-0001)							

Local e Data:/...../..... Carimbo e Assitura do Fornecedor
---------------------------------	---