

Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBUS, VÁLVULAS EXALATÓRIA COMPATÍVEL COM O RESPIRADOR DA MARCA LEISTUNG E ACESSÓRIOS PARA AMBU ADULTO COMPATÍVEL COM A MARCA MD, PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA.

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	VÁLVULA EXPIRATÓRIA COMPATÍVEL COM O RESPIRADOR DA MARCA LEISTUNG- MODELO LUFT 3. COM GARANTIA DE 3 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.	UN	120,00	545,00	65.400,00
2	<p>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL ADULTO-</p> <ul style="list-style-type: none"> - MATERIAL EM SILICONE 100% GRAU MÉDICO, MELHOR FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE; - BALÃO DE SILICONE PROPORCIONA EXCELENTE EXPANSÃO E SUA FLEXIBILIDADE PERMITE UTILIZAR COM A PONTA DOS DEDOS, BALÃO DE 1600 ML; - CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE QUANDO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; - VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO; - PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL; - TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. <p>MÁSCARA FACIAL, TRANSPARENTE QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO, TAMANHO ADULTO;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ANEL DE SILICONE QUE PERMITE UMA CONEXÃO MAIS FÁCIL, SEGURA E EVITA DESCONEXÕES ACIDENTAIS, AUTOCLAVAVÉL; - ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO. POSSUI UMA VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO PARA OXIGÊNIO E RESERVATÓRIO EM SILICONE- O RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO QUANDO CONECTADO A VÁLVULA, FORNECE ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, CAPACIDADE DE 2500 ML; - ESSENCIAL DURANTE A VENTILAÇÃO EM AMBIENTES POLUÍDOS. <p>ACOMPANHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIVERTER; - VÁLVULA PEEP; - RESERVATÓRIO DE SILICONE; - TUBO CORRUGADO; - VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO PARA OXIGÊNIO. <p>COM GARANTIA DE 3 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.</p>	UN	300,00	250,00	75.000,00
3	<p>RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 2500 ML ADULTO- RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 2500 ML EM SILICONE PARA AMBU COMPATÍVEL COM A MARCA MD.</p> <p>COM TESTE DE COMPATIBILIDADE DO ACESSÓRIO EM AMBU EXISTENTE NA UNIDADE HOSPITALAR.</p>	UN	50,00	160,00	8.000,00

Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

Itens	Discriminação dos produtos		Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
4	VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO PARA OXIGÊNIO- PARA AMBU ADULTO COMPATÍVEL COM A MARCA MD. COM TESTE DE COMPATIBILIDADE DO ACESSÓRIO EM AMBU EXISTENTE NA UNIDADE HOSPITALAR.		UN	50,00	42,00	2.100,00
Total da Coleta:						150.500,00

Valor Total estimado da aquisição: 150.500,00 (cento e cinquenta mil quinhentos reais).

Justificativa : AQUISIÇÃO DE AMBUS, VÁLVULAS EXALATÓRIA COMPATÍVEL COM O RESPIRADOR DA MARCA LEISTUNG E ACESSÓRIOS PARA AMBU ADULTO COMPATÍVEL COM A MARCA MD, PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA.

Prazo de entrega: 5 DIAS

Condições de Pagamento: A PRAZO

Local de entrega: HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA

Unidade Fiscalizadora: HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA

Nova Andradina(MS), 11 de Maio de 2020